

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
TRIỆU HẢI
Số 367/CV-BVTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 20 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Lê Chí Hòa, Phụ trách TTBYT, SĐT: 0916545115
 - Ông Phan Ngọc Anh, Phòng TCKT, SĐT: 0919803818
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng KHTH- Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, số 67 Phan Đình Phùng, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
 - Nhận qua email: tcktbvth2022@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 20 tháng 9 năm 2024 đến trước 08h00 ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ghi trên báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


Danh mục Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải. Bao gồm 02 khoản (có phụ lục đính kèm).

- Địa điểm cung cấp hàng hóa được báo giá: Số 67 Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10-2024 đến tháng 11-2024 (02 tháng).
- Dự kiến thời gian thanh toán: 90 ngày kể từ ngày giao nhận hàng hóa được chấp nhận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KT, KHTH VT.



Bs CKII Lê Thanh Dương

DANH MỤC MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(kèm theo yêu cầu báo giá)

TT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Số lượng	Ghi chú
1.	<p>Máy sắc thuốc 16 ấm</p> <p>*Các thiết bị trên máy MÁY GỒM CÓ: + Bộ Sắc thuốc 16 ấm + Giỏ đựng thuốc sắc + Vung(Nắp) ấm sắc + Van Xả thuốc + Van xả khí + Van nước vào + Tủ điều khiển + Đồng hồ áp suất + Van xả khí an toàn</p> <p>*Thông số kỹ thuật: - Bình sắc dung tích : 1,8 - 3 lít - Số lượng bình sắc : 16 bình - Công suất máy tối đa :< 10KW - Nhiệt độ làm việc chất tải nhiệt :10 - 100°C - Thời gian đạt 85 °C ~ 20 - 30 phút - Nguồn điện : 220/380V, 50Hz</p>	01 cái	
2.	<p>Máy thở không xâm nhập</p> <p>*Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% sản xuất từ năm 2024 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - Điện áp sử dụng: 100-240VAC, 50-60 Hz, điện áp đầu ra: 24VDC - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa, độ ẩm tối đa.</p> <p>*Thông số kỹ thuật thiết bị:</p>	01 cái	

<ul style="list-style-type: none">- Màn hình cảm ứng : đa điểm chạm- Máy chính: 01 máy- Dải áp lực: Từ 4 tới 20 cm H2O- Bộ phận làm ấm/ làm mát: 01 cái- Mặt nạ thở : 01 cái- Dây Ống thở nhiệt : 01 cái- Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ.		
--	--	--

Lưu ý : Giá trang thiết bị bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và các chi phí liên quan khác

